

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА
ПЕРИИМПЛАНТИТА**

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела; д-р мед. наук, проф. И. О. Походенько-Чудакова; канд. мед. наук, доц. Т. П. Павлович

Минск 2018

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения индекса периимплантита, который разработан для применения в комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику периимплантита.

Инструкция предназначена для врачей-стоматологов, врачей челюстно-лицевых хирургов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в дентальной имплантации, в стационарных и (или) амбулаторных условиях.

Область применения: стоматология.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАГЕНТОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И Т. Д.

Набор стоматологических инструментов: стоматологическое зеркало, шпатель, стоматологический пинцет, пуговчатый зонд.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

K10.2 Воспалительные заболевания челюстей;
K10.28 Другие уточненные заболевания челюстей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказаний не имеется.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

I этап. После установки дентальных имплантатов на 3 сутки, 7 сутки, 14 сутки и 30 сутки проводят сбор анамнеза и физикальный осмотр с целью определения степени выраженности у пациента болевого симптома, отека мягких тканей, наличия гиперемии и кровоточивости слизистой оболочки в области установленных дентальных имплантатов. После чего осуществляют оценку в баллах каждого из выше указанных показателей в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

**Клинические показатели послеоперационного состояния тканей
в области дентальных имплантатов**

| Наличие болевых ощущений | Оценка в баллах |
|---|------------------------|
| Отсутствие боли | 0 баллов |
| Незначительная болезненность | 1 балл |
| Локализованная боль | 2 балла |
| Выраженная разлитая боль | 3 балла |
| Наличие отека мягких тканей | |
| Отсутствие отека | 0 баллов |
| Отек мягких тканей, прилегающих к имплантату | 1 балл |
| Отек в зоне установки имплантата с переходом на слизистую альвеолярного отростка челюсти | 2 балла |
| Распространение отека за пределы сегмента | 3 балла |
| Распространение гиперемии слизистой оболочки | |
| Отсутствие гиперемии | 0 баллов |
| Гиперемия слизистой оболочки в зоне установки имплантата | 1 балл |
| Гиперемия в зоне установки имплантата с переходом на слизистую альвеолярного отростка челюсти | 2 балла |
| Распространение гиперемии за пределы сегмента | 3 балла |
| Кровоточивость мягких тканей в области установки имплантата | |
| Отсутствие кровоточивости | 0 баллов |
| Кровоточивость при зондировании | 1 балл |
| Кровоточивость при прикосновении и/или самопроизвольная | 2 балла |

II этап. В соответствии с формулой полученные индивидуальные баллы суммируют и делят на 4 (число исследуемых клинических показателей).

$$\text{Индекс периимплантита} = \frac{\text{Сумма индивидуальных баллов}}{4}$$

III этап. При значении баллов от 0 до 1 констатируют отсутствие периимплантита; значения 1,1–6,0 соответствуют начальной стадии периимплантита, значения баллов 6,1–9,9 соответствуют средней стадии периимплантита, при значении баллов от 10 и выше определяют тяжелую стадию периимплантита в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Оценка индекса периимплантита в баллах

| Индекс периимплантита | Стадии периимплантита |
|------------------------------|--|
| 0–1 | Отсутствие периимплантита |
| 1,1–6,0 | Начальная стадия периимплантита (мукозит) |
| 6,1–9,9 | Средняя стадия периимплантита (воспаление надкостницы в области костной ткани, окружающей имплантат) |
| 10 и выше | Тяжелая стадия периимплантита (воспаление костной ткани в области имплантата) |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При соблюдении перечня указанных показаний и точном использовании техники клинического обследования осложнения исключены.

Подписано в печать 29.03.18. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Снегурочка».

Ризография. Гарнитура «Times».

Усл. печ. л. 0,23. Уч.-изд. л. 0,1. Тираж 30 экз. Заказ 240.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/187 от 18.02.2014.

Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск.